

SPZOZ Izabelin/4/2019/Pn

Izabelin, 16.10.2019 r.

[www.spzozizabelin.pl](http://www.spzozizabelin.pl)

Do wszystkich zainteresowanych

### Zawiadomienie

W postępowaniu przetargowym pn. „pn. „**Zakup i dostawa unitu stomatologicznego**” nr ref. sprawy SPZOZ Izabelin/4/2019/Pn, wpłynęły zapytania w związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że:

#### **Pytanie 1**

Czy zamawiający dopuści fotel stomatologiczny montowany do podłogi celem zapewnienia większej stabilności oraz bezpieczeństwa?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 2**

Czy zamawiający dopuści fotel stomatologiczny niewyposażony w ruchomą sekcję nóg?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie 3**

Czy rękawy stolika lekarza turbinowy, mikrosilnika oraz mikrosilnik powinny być ze światłem? Ponieważ zamawiający wymaga dostarczenia kątnicy na mikrosilnik ze światłem i w celu zapewnienia odpowiedniej pracy kątnicy powyższe elementy również powinny być ze światłem.

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga ze światłem.

#### **Pytanie 4**

Czy zamawiający dopuści ławę w obsłudze oraz intuicyjną klawiaturę sterującą na stoliku lekarskim z 18 przyciskami?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5**

Czy zamawiający dopuści unit stomatologiczny wyprodukowany poza UE?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby wyprodukowany unit stomatologiczny spełniał aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej świadectwo/certyfikat dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia spełniające wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019r., poz. 175 z późn. zm.).

**Pytanie 6**

Czy zamawiający dopuści unit niewyposażony w wbudowany zasobnik chusteczek higienicznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 7**

W jakie narzędzia powinien być wyposażony stolik asysty ponieważ z opisu parametrów technicznych można wywnioskować, że jedynie w ślinociąg.

**Odpowiedź:**

Na podstawie art.38 ust. 4 ustawy pzp Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 4 do SIWZ w części V o następujący zapis:  
Mały i duży ssak zainstalowany na panelu asysty, wraz z instalacją ssąca do systemu mokrego.

Zmieniony zał. Nr 4 do SIWZ zostanie załączony w osobnym pliku.

**Pytanie 8**

Podane parametry lampy oświetleniowej spełnia tylko 1 producent lamp w związku, z tym czy zamawiający dopuści lampę ledową, bez wentylatora z płynną bezdotykową regulacją natężenia światła z możliwością wyłączenia sensora o zakresie mocy 10 000 -32 000 LUX. Jaki współczynnik CRI powinna mieć lampka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza lampy ledowe jak i diodowe bez wentylatora zarówno z przełącznikiem ręcznym przy lampie jak i z płynną bezdotykową regulacją natężenia światła z możliwością wyłączenia sensora o zakresie mocy min 8 000 -32 000 LUX  
Współczynnik CRI > 85.

**Pytanie 9**

Co zamawiający rozumie pod zapisem " aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej świadectwo/certyfikat dopuszczenia do stosowania urządzenia w placówkach ochrony zdrowia"

**Odpowiedź:**

Aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej świadectwo/certyfikat dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia spełniające wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019r., poz. 175 z późn. zm.)

Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie ulega:

1. Termin składania i otwarcia ofert.

Było:

Termin składania ofert: 18.10.2019 r. godz.: 11:00

Termin otwarcia ofert: 18.10.2019 r. godz.: 11:30

Jest:

Termin składania ofert: 23.10.2019 r. godz.: 11:00

Termin otwarcia ofert: 23.10.2019 r. godz.: 11:30


2. Dopisany zostaje w załączniku nr 4 do SIWZ w części VI następujący zapis:  
pompa ssąca mokra.

Zmieniony zał. Nr 4 do SIWZ zostanie załączony w osobnym pliku.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Tetmajera 3<sup>a</sup>  
05-080 Izabelin  
NIP 118-14-66-813

Zatwierdzam:

Dyrektor



Agnieszka Jeziorska